

政府采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李甫雄	
	职称: 高工	
	工作单位: 内蒙古中医医院	
项目信息	项目名称: 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)康复楼开办费购置进口医疗设备项目	
	拟采购产品名称: ACT机(进口)+血氧二合一手持式血液分析仪(1套)	
专业人员论证意见	1. ACT试剂结构组成: 设备可提供≥2种不同激活剂/反应底物的ACT测试试剂。 2. 一卡同时测量项目 ACT, Na, K, Cl, PCO₂, PO₂, TCO₂, iCa, BUN, Glu, HCT, Lac(*), crea(*), cTnI, BNP. 三、目前国内同类或类似产品暂不能完全满足上述功能和技术参数要求, 故建议采购进口产品。	
专业人员签字	李甫雄	日期: 2026年 6月 17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>董:俊</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>内蒙古第四医院</u>	
项目信息	项目名称: 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)康复楼开办费购置进口医疗设备项目	
	拟采购产品名称: ACT机(进口)+血氧二合一手持式血液分析仪(1套)	
专业人员论证意见	1. ACT机试剂结构组成: 设备可提供≥2种不同激活剂/反应底物的ACT测试试剂。 2. 一卡同时测量项目。 ACT, Na, K, CL, pH, pCO₂, PO₂, TCO₂, iCa, BUN, Glu, HCT, Lac(+), creat CtnI, BNP	
专业人员签字	<u>董:俊</u>	日期: 2026年 6 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 田万河	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 内蒙古自治区血液中心	
项目信息	项目名称: 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)康复楼开办费购置进口医疗设备项目	
	拟采购产品名称: ACT机(进口)+血氧二合一手持式血液分析仪(1套)	
专业人员论证意见	ACT机(进口)+血氧二合一手持式血液分析仪 1. 一台同时测量 ACT, Na, K, Cl, pH, PCO_2, PO_2, TCO_2, $2Ca$, BUN, Glu, HCT, Lac, Crea, cTnl, BNP 2. ACT试剂是由2种不同激活剂/反应底物组成。 国产同类或类似产品为分立机, 暂不能同时测量 ACT和血气成分。 为满足科室一台测量的临床需求, 建议采购进口产品。	
专业人员签字	田万河	日期: 2026年 6月 17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱丹丹	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 内蒙古自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)康复楼开办费购置进口医疗设备项目	
	拟采购产品名称: ACT机(进口)+血氧二合一手持式血液分析仪(1套)	
专业人员论证意见	1. 一卡 ACT, Na, K, Cl, PH, PCO₂, PO₂, TCO₂, iCa, BUN, Glu, HCT, Lac Crea, CTnl, BNP 同时测量 2. ACT试剂由 ≥ 2种不同激活剂 / 反应底物组成。 为满足一卡测量的临床需要, 建议采购进口产品。	
专业人员签字	朱丹丹	日期: 2016 年 6 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

政府采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 侯州莹	
	职称: 律师	
	工作单位: 内蒙古励炜律师事务所	
项目信息	项目名称: 内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)康复楼开办费购置进口医疗设备项目	
	拟采购产品名称: ACT机(进口)+血氧二合一手持式血液分析仪 (1套)	
专业人员论证意见	该进口产品论证程序符合国家相关法律法规规定, 拟采购产品不属于国家禁止或限制进口产品, 建议采购此设备。	
专业人员签字	侯州莹	日期: 2026年 6月 17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。